



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-102/OZP



MZDRX01VP2L6

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **DVOUROVINNÝ ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s._Nemocnice Ústí nad Labem, o.z.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova technicky a morálně zastaralého angiografického kompletu a pořízení nového dvourovinného angiografického přístroje pro Radiologickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Stávající angiografický rtg systém ALLURA XPER FD20 (výrobce Philips Medical Systems) byl uveden do provozu v roce 2015. Ze strany výrobce je avizováno ukončení servisní podpory v průběhu roku 2025.