



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-109/OZP



MZDRX01VP2S7

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ S C-RAMENEM – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístrojového vybavení a pořízení nového angiografického přístroje – RTG přístroje s motorizovaným zavěšeným C-ramenem a polohovatelným chirurgickým/skiaskopickým stolem pro II. Chirurgickou kliniku, kliniku kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Stávající angiografický přístroj instalovaný na klinice je již technologicky zastaralý, s manuální manipulací C-ramene, což značně omezuje efektivitu a přesnost chirurgických a diagnostických výkonů. Přístroj se nachází v havarijním stavu s vysokou poruchovostí, což negativně ovlivňuje plynulost pracovních procesů a zvyšuje riziko zdržení nebo nemožnosti realizace urgentních výkonů. Jeho technická zastaralost znemožňuje implementaci moderních minimálně invazivních metod, které vyžadují přesné a rychlé zobrazování v reálném čase. Obnova přístroje je klíčová pro modernizaci a zajištění odpovídající úrovně péče v oblasti cévní a kardiochirurgie.