



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

## STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH  
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH  
ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

*Přístroj:* **SKIAGRAFICKO-SKIASKOPICKÝ RTG  
(CENTRÁLNÍ RDG ODD.) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Bulovka**

*Adresa:* **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8**

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

*(hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 15 hlasů pro odložení)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu skiaskopicko-skiagrafického rentgenového systému určeného pro centrální pracoviště RDG. Přístroj nahradí stávající přístroj RTG Mecall Eidos z roku 2015, který se s ohledem na jeho vytížení blíží konci své životnosti. Přístroj je určen pro provoz v KOC FNB, kde nedílnou součástí péče je provádění přesných a kvalitních diagnostických a plánovacích vyšetření.*

*Obnova přístrojového vybavení v oblasti skiografie a skiaskopie-skiografie ve FNB je nezbytná pro zachování rozsahu péče o pacienty. Přístroj je nutné nahradit, aby byla zachována kapacita RTG snímkování pacientů FN Bulovka. Pořízení přístroje proběhne v roce 2025. Vlastnosti nových skiagrafických přístrojů musí odpovídat zejména jejich využití podle umístění. RTG umístěný na centrálním pracovišti RDG je určen pro provádění desinvaginací u pacientů dětského oddělení a dále vyšetření defekografie pacientů chirurgické kliniky, nástříky drenů u pacientů s nádory krku a dutiny ústní, pro snímkování polykacího traktu, stejně jako pro akutní pacienty ORL oddělení s překážkou v jícnu.*

*Členové komise se shodli, že je ve studii proveditelnosti nedostatečně vypracované odůvodnění obnovy přístroje a současně je třeba upřesnit, jaké konkrétní výkony chtějí na uvedených přístrojích provádět.*

