



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

Přístroj: **SKIAGRAFICKO-SKIASKOPICKÝ RTG
(INTERNÍ ODD.) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8**

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 15 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem nemocnice je obnova skiaskopicko-skiagrafického RTG systému určeného pro Interní oddělení. Nahradí stávající skiaskopicko-skiagrafický RTG Mecall Eidos z roku 2015, který se blíží konci své životnosti.

Přístroj je nutné nahradit, aby byla zachována kapacita RTG snímkování pacientů FN Bulovka, pořízení přístroje proběhne v roce 2025. Vlastnosti nových skiagrafických přístrojů musí odpovídat zejména jejich využití podle umístění. Skiaskopicko-skiagrafický přístroj je se využívá při GIT a je jediným tohoto typu na tomto pracovišti. Jeho náhrada je nutná pro zachování modality ERCP v gastroenterologickém centru FNB.

Členové komise se shodli, že je ve studii proveditelnosti nedostatečně vypracované odůvodnění obnovy přístroje a současně je třeba upřesnit, jaké konkrétní výkony chtějí na uvedených přístrojích provádět.

