



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

Přístroj: **SKIAGRAFICKO-SKIASKOPICKÝ RTG
(UROLOGICKÉ ODD.) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8**

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 15 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova RTG systému, určeného pro diagnostiku a terapii v urologii. Nahradí stávající přístroj Uroskop Access z roku 2008, který je již morálně a technicky zastaralý. V posledních dvou letech výrazně vzrostly náklady na jeho servis a distributor již oznámil ukončení servisní podpory. Přístroj je určen pro provoz v KOC a uroonkologickém centru FNB, kde nedílnou součástí péče je provádění přesných a kvalitních diagnostických a plánovacích vyšetření.

Obnova tohoto RTG byla přístrojovou komisí schválena v roce 2021, kdy nemocnice plánovala nákup přístroje zařadit do žádosti o podporu v rámci výzev ReactEU. S ohledem na zpřísnění podmínek (vymezení podporovaných pracovišť) nebylo do žádosti jeho pořízení nakonec zařazeno. Přístroj nebyl pořízen ani z vlastních zdrojů nemocnice. Nemocnice proto žádá o znovu projednání žádosti.

Členové komise se shodli, že je ve studii proveditelnosti nedostatečně vypracované odůvodnění obnovy přístroje a současně je třeba upřesnit, jaké konkrétní výkony chtějí na uvedených přístrojích provádět.

