



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

*Přístroj:* **SKIAGRAFICKÝ RTG (CENTRÁLNÍ RDG ODD.)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Bulovka**

*Adresa:* Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“) žádá o obnovu skiagrafického RTG přístroje pro centrální RDG pracoviště. Přístroj nahradí stávající RTG Konica Minolta Aero DR X70 z roku 2015. Přístroj je určen pro provoz v KOC FNB, kde nedílnou součástí péče je provádění přesných a kvalitních diagnostických a plánovacích vyšetření.*

*Stávající přístroj bude potřeba v následujících letech obnovit a nahradit novým adekvátním přístrojem v obdobné konfiguraci, neboť se blíží ke konci své životnosti, pořízení přístroje proběhne v roce 2025. Skiagrafický přístroj na centrálním RTG bude využíván především na obecnou radiodiagnostiku pro všechny základní obory, zejména pacienty KOC, uroonkologického centra a pacienty infekční kliniky. Zároveň tento bude sloužit jako záloha pro RTG chirurgické kliniky.*

