



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG (PNEUMOLOGICKÁ KLINIKA)**
– OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova skiagrafického RTG přístroje pro Plicní kliniku. Nahradí stávající RTG Konica Minolta Aero DR X70 z roku 2014, který se blíží konci své životnosti a v následujících letech je nutná jeho náhrada novým adekvátním přístrojem v obdobné konfiguraci. Přístroj je určen pro provoz v KOC FNB, kde nedílnou součástí péče je provádění přesných a kvalitních diagnostických a plánovacích vyšetření.

Skiografie hrudníku patří k základním zobrazovacím vyšetřením hrudníku a orgánů v něm uložených a k nejčastěji využívaným skiagramům. Zároveň je tento RTG jediný svého typu na tomto pracovišti tvořícího jádro pneumoonkologického centra FNB, proto by jeho výpadek znamenal omezení poskytované péče.

