



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

*Přístroj: VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) – NOVÁ KAPACITA*

*Území (město/kraj): Frýdek-Místek / Moravskoslezský kraj*

*Žadatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace*

*Adresa: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek, Frýdek-Místek*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Záměrem nemocnice je pořízení nového (druhého) CT. Stávající přístroj je umístěn na Centrálním urgentním příjmu s prioritní indikací u akutních pacientů, současně je na tomto přístroji zajišťována CT diagnostika u pacientů hospitalizovaných v nemocnici a diagnostika pro pacienty ambulantní. Ve spádové oblasti není další CT přístroj k dispozici, přičemž počty indikací a provedených vyšetření mají jednoznačně růstovou tendenci.*

*Dochází k občasným výpadkům CT, kdy je nutno akutní pacienty směřovat do okolních nemocnic posádkami ZZS, který je tímto zbytečně zatěžován s rizikem oddálení výjezdové péče k pacientům v přednemocniční fázi. Současně převoz nemocničního akutního pacienta (včetně pacienta na ÚPV) pouze za účelem provedení neodkladné CT diagnostiky zatěžuje i okolní pracoviště (vč. ARO). V rámci řešení nežádoucí události (opožděná diagnostika z důvodu výpadku CT u pacienta neschopného transportu z důvodu výrazné alterace vitálních funkcí s následným komplikovaným průběhem onemocnění) bylo doporučeno, aby nemocnice disponovala záložním CT přístrojem.*

