



Č.j.: MZDR 5238/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ÚNORA 2023

Přístroj: **MAMOGRAF** – OBNOVA

Území (město/kraj): Znojmo / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem Nemocnice Znojmo je obnova zastaralého mamografického přístroje Philips MicroDose, užívaného pro screeningovou a diagnostickou mamografii. Nový mamografický systém, bude navazovat na plnění poskytování zdravotní péče v oblasti mamografického screeningu a diagnostické mamografie, kterou nemocnice zajišťuje pro spádovou oblast Znojmo-Jihomoravský kraj. Nemocnice předpokládá roční počet screeningových výkonů nad 6 500 a diagnostických výkonů nad 600.

Obnova současného mamografického systému je nezbytná zejména z následujících důvodů:

- mamografický systém dovršil limitu provozní doby osmi let stanovené pro screeningová pracoviště*
- přístroj již vykazuje zvýšenou poruchovost, což narušuje pracovní kalendář objednávek, dochází k nutným posunům objednávek termínů pravidelných screeningových výkonů a prodlužování čekacích dob na vyšetření*
- se zvýšenou poruchovostí, jsou spojeny zvýšené náklady na provoz pracoviště, které přímo ovlivňují ekonomickou efektivitu mamografického pracoviště*
- současný mamografický přístroj nemá možnosti využití diagnostiky moderními technikami, které jsou v současné době považovány za velmi vhodné právě pro pracoviště, která jsou součástí screeningové a diagnostické mamografické sítě ČR*

