



V Praze dne      července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T) – OBNOVA**

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice Bulovka**

*Adresa:* **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



### Odůvodnění:

*Záměrem je obnova přístroje MR, který bude sloužit k vyšetření pacientů v rámci KOC FNB. Cílem je obnova 1.5 T MRI přístroje Magnetom Avanto Fit 1,5T z roku 2005. Cílovou skupinou je široké centrum pacientů napříč všemi odbornostmi ve FNB.*

*Stávající magnetická rezonance byla instalována v roce 2005. V roce 2018 proběhl upgrade MR (HW a SW), který zvýšil jeho diagnostické využití, rozšířil spektrum vyšetření apod. Nicméně se přístroj blíží hranici své životnosti a jeho obměna je nutná pro zajištění péče. Servisní podpora přístroje bude ukončena v roce 2026. Využití stávajícího přístroje je 7 dní v týdnu, dvě směny. Bez této modalit se neobejdou zejména Ortopedická klinika, Infekční klinika, Onkologická klinika, oddělení Neurologie, atd. Jedná se o klíčový diagnostický přístroj. Bez tohoto přístroje by došlo k výraznému omezení poskytované péče. Pro zachování a zlepšení diagnostických potřeb nemocnice je nutné provést obnovu stávajícího přístroje. Technické parametry systému musí zajistit špičkovou klinickou diagnostiku a nejvyšší možnou kvalitu všech zde prováděných vyšetření. FNB plánuje zařadit pořízení přístroje do žádosti o dotaci, kterou plánuje podat do výzvy v rámci operačních programů 2021-2027. Vzhledem k tomu, že stanovisko PK MZ je povinnou přílohou žádosti, je žádost o schválení pořízení přístroje zasílána s předstihem.*

