



V Praze dne července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

Přístroj: **ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO 3 ARYTMOLOGICKÉ SÁLY**
– OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Institut klinické a experimentální medicíny**

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Stávající záznamová zařízení byla pořízená postupně v letech 2005 až 2015, nejstarší pracují na OS windows XP. K zálohovacímu serveru je možné připojovat záznamová zařízení stejné sw verze, proto je pro plné využití zálohování dat nutná obnova všech 3 záznamových zařízení najednou.

Předmětem žádosti je schválení obnovy záznamových zařízení pro 3 arytmologické sály se zesilovači, prohlížecími stanicemi a zálohovacím serverem. Jedná se o kardio elektrofyziologický analyzační systém umožňující nahrávání, zpracování a hodnocení signálů během výkonů na běžícím srdci. Zesilovač, který je základním příslušenstvím umožňuje připojení katetrů, povrchového ekg a dalších biologických signálů, jejich předzpracování a filtraci. Záznamové zařízení je základní součástí arytmologických sálů a nezbytným předpokladem k bezpečnému provádění výkonů, jako jsou elektrofyziologická vyšetření, katetrizační ablace, nebo ablace s použitím 3D elektroanatomických mapovacích systémů a implantace defibrilátorů a kardiostimulátorů.

