



V Praze dne července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

*Přístroj: **ANALYZÁTOR (ICP-MS)** – OBNOVA*

Území (město/kraj): České Budějovice / Jihočeský kraj

*Žadatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.***

Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem je obnova stávajícího přístroje (r.v. 2005) pro Laboratoř klinické biochemie a toxikologie za nový, který bude splňovat požadavky kladené klinickou a forenzní medicínou.

Nový přístroj nahradí některé v současnosti používané techniky (ISE, fotometrické a imunochemické metody), které jsou náročnější z hlediska přípravy vzorku i ceny vyšetření. Nový přístroj, díky své citlivosti a specifčnosti, umožní identifikaci širšího spektra látek včetně stanovení nízkých koncentrací.

U stávajícího přístroje už došlo k jeho opotřebení, již nesplňuje současné standardy moderních přístrojů, nelze s ním provádět řadu již dnes standardních vyšetření požadovaných odborníky z nemocnice.

