



V Praze dne července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)**
– UPGRADE/OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem nemocnice je obnova magnetické rezonance Siemens Magnetom Avanto 1,5T formou upgradu. Současný přístroj byl v Nemocnici Na Homolce instalován v roce 2008 a je již v současné době vzhledem ke svému stáří a opotřebení v neuspokojivém technickém stavu.

Současná magnetická rezonance Magnetom Avanto 1,5T se používá jak pro diagnostické výkony (vyšetření vnitřních orgánů a struktur uvnitř těla bez použití radiačního záření), tak pro potřeby oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie NNH.

Přístroj po upgradu zůstane ve stávajících prostorách, obsluha je zajištěna stávajícím personálem nemocnice.

