



V Praze dne července 2022

Č.j.: MZDR 19485/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 22. ČERVNA 2022

Přístroj: **SKIAGRAFICKO-SKIASKOPICKÁ SKLOPNÁ STĚNA**
– OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem nemocnice je nákup RTG skiagraficko-skiaskopické sklopné stěny, který bude používán pro potřeby oddělení radiodiagnostiky a gastroenterologie. Jedná se o obnovu staré techniky. Nový přístroj nahradí stávající RTG skiagraficko-skiaskopickou sklopnou stěnu, typ: Axiom Artis Zee, která je používána od roku 2010. Tento přístroj je vzhledem ke svému stáří a opotřebení v neuspokojivém technickém stavu. Jeho obrazový výstup neodpovídá standardům dnešní doby.

Uvedený RTG přístroj slouží zejména k výkonům endoskopické retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) včetně zavádění stentů do žlučových i pankreatických cest, bioptickým a dalším endoskopickým výkonům. Dále se na pracovišti provádí skiaskopické vyšetření GIT (vyšetření hltanu, jícnu, žaludku, dvanáctníku, tenkého střeva, tlustého střeva nebo konečníku).

