



V Praze dne 23. dubna 2022

Č.j.: MZDR 10593/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 23. BŘEZNA 2022

Přístroj: **PLÁNOVACÍ A VERIFIKAČNÍ SYSTÉM – OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**

Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise

Digitally signed by Doc., MUDr. Marek
Mechl, Ph.D.
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-65289111,
O=MAREK MECHL, OU=1, CN="Doc.,
MUDr. Marek Mechl, Ph.D.", SN=Mechl,
G=Marek, SERIALNUMBER=P851784,
T=Soudní znalec
Date: 23.04.2022 07:25



Odůvodnění:

Jedná se o opětovné schválení obnovy plánovacího a verifikačního systému pro práci na lineárních urychlovačích. Systém a plánovací stanice již nesplňovaly požadavky na bezpečné poskytování radioterapie. Díky využívání přístroje

a jeho stáří docházelo k časným poruchám z důvodu opotřebení. Původní doporučující stanovisko vyslovila Komise 15. listopadu 2017. Plánovací a verifikační systém je již zakoupen na základě původního stanoviska. Tato žádost navazuje na žádost o prodloužení souhlasného stanoviska u Lineárního urychlovače. Původní plánovací systém již překonal hranici své životnosti.

