



V Praze dne 19. dubna 2022
Č.j.: MZDR 10593/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 23. BŘEZNA 2022

Přístroj: **SYSTÉM PRO ROBOTICKOU LAPAROSKOPII**
– NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Institut klinické a experimentální medicíny**

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 1 hlas pro, 3 hlasy proti, 1 se zdržel, 11 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise

Digitally signed by Doc., MUDr. Marek
Mechl, Ph.D.
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-65289111,
O=MAREK MECHL, OU=1, CN="Doc.,
MUDr. Marek Mechl, Ph.D.", SN=Mechl,
G=Marek, SERIALNUMBER=P851784,
T=Soudní znalec
Date: 19.04.2022 18:26



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je pořízení systému pro robotickou laparoskopii pro oKliniku transplantační chirurgie. Systém bude využíván v roboticky navigované laparoskopické operativě, sloužící k přesnému ovládní operačních nástrojů. Systém používaný k roboticky navigované laparoskopické operativě doplní vybavení pracoviště o adekvátní systém odpovídající nejnovějším medicínským metodám. Pacientům poskytne minimální invazivitu výkonů, počítá se se zvýšením efektivity léčby, která zajistí úsporu prostředků (dáno rychlostí rekonvalescence pacienta, snížením komplikací a reintervencí, rychlejším nástupem k případné následné onkologické léčbě, snížením nákladů na rehabilitaci).

Žadatel uvedl, že bude na požadovaném přístroji prováděno 24 výkonů ročně, což členové Komise považují za zcela nedostatečný počet. Neumožňoval by efektivní využití přístroje a současně by vedl k nízké erudici operatérů. Komise dále doporučuje upřesnit a případně rozšířit rozsah plánovaných výkonů i mimo uvedené operace žlučníku a kýly. Z výše uvedených důvodů bylo doporučeno odložit konečné posouzení žádosti.

