



V Praze dne 23. dubna 2022

Č.j.: MZDR 10593/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 23. BŘEZNA 2022

Přístroj: KARDIOANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ (2 KS) – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: Kardiologie na Bulovce, s.r.o.

Adresa: Na Truhlářce 38/62, Libeň, 180 00 Praha 8

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise

Digitally signed by Doc., MUDr. Marek
Mechl, Ph.D.
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-65289111,
O=MAREK MECHL, OU=1, CN="Doc.,
MUDr. Marek Mechl, Ph.D.", SN=Mechl,
G=Marek, SERIALNUMBER=P851784,
T=Soudní znalec
Date: 23.04.2022 07:26



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova 2ks angiografických přístrojů Philips Allura Clarity FD 20 na angiografický přístroj Philips Azurion 7C 20. Součástí dodávky je demontáž stávajícího angiografického přístroje včetně odhlášení stávajícího zařízení a přihlášení nového kompletu na SÚJB.

Angiografický přístroj Philips Allura Clarity FD 20 byl pořízen v roce 2014. Vzhledem k tomu, že je provozován v režimu 7/24/365 dochází ke značnému fyzickému opotřebení a roste náročnost servisních prací. Obměnou bude získán přístroj na vyšší kvalitativní úrovni jak z hlediska konstrukčního tak i technického. Přístroj je vybaven momentálně nejmodernější technologií na trhu.

