



V Praze dne 23. dubna 2022

Č.j.: MZDR 10593/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 23. BŘEZNA 2022

Přístroj: **KARDIOANGIOGRAFICKÝ KOMPLET
PRO ARYTMOLOGII – OBNOVA**

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

Adresa: **Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise

Digitally signed by Doc., MUDr. Marek
Mechl, Ph.D.
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-65289111,
O=MAREK MECHL, OU=1, CN="Doc.,
MUDr. Marek Mechl, Ph.D.", SN=Mechl,
G=Marek, SERIALNUMBER=P851784,
T=Soudní znalec
Date: 23.04.2022 07:28



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu vybavení arytmiologického sálu MNO – výměnu angiolinky. V případě výpadku katetrizační angiolinky, je tato arytmiologická jediná zástupná v MNO, musí zde být možnost provést i základní katetrizační výkony.

Obnova angiolinky se provádí kvůli jejímu morálnímu a technologickému opotřebení. Angiolinka je doposud provozuschopná, nicméně výrobce ukončuje servisní podporu koncem roku 2022. Po tomto roce by angiolinka již neměla být dále provozována.

Jedná se o angiolinku Allura Xper FD10, výrobce PHILIPS HEALTHCARE, která je v provozu od roku 2004.

