



V Praze dne 23. dubna 2022

Č.j.: MZDR 10593/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 23. BŘEZNA 2022

Přístroj: **PŘÍSTROJ PRO MIMOTĚLNÍ OBĚH – OBNOVA**

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise

Digitally signed by Doc., MUDr. Marek
Mechl, Ph.D.
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-65289111,
O=MAREK MECHL, OU=1, CN="Doc.,
MUDr. Marek Mechl, Ph.D.", SN=Mechl,
G=Marek, SERIALNUMBER=P851784,
T=Soudní znalec
Date: 23.04.2022 07:29



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje pro mimotělní oběh, který bude používán na kardiochirurgických operačních sálech. Nový přístroj nahradí stávající mimotělní oběh Terumo Systém 1, který je používán od roku 2009 a již nemá servisní podporu.

Přístroj pro mimotělní oběh je základním vybavením kardiochirurgických sálů, používá se za účelem suplování mechanické práce srdečního myokarda a difuzní funkce plicního parenchymu při kardiochirurgických výkonech. Nový přístroj plně nahradí 13 let starý opotřebovaný přístroj.

