



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Třebíč / Kraj Vysočina

Žadatel: **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**

Adresa: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Žádost již Komise projednala dne 23. 10. 2014 a doporučila umístění magnetické rezonance v Nemocnici Třebíč. Následně bylo toto stanovisko prodlouženo do konce roku 2018.

Nemocnice má v současné době připraven stavební prostor k umístění MR, ale veřejná zakázka na pořízení přístroje byla těsně před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem Siemens Healthcare, s.r.o., napadena firmou Philips Česká republika s.r.o., a ÚOHS provedl kroky, které vedly k vyřazení vítězného uchazeče vedoucí následně ke zrušení veřejné zakázky s tím, že aktuálně nemocnice připravuje vypsání nové veřejné zakázky. V této chvíli nelze zaručit, že bude přístroj NMR v termínu do konce roku 2018 instalován.

Předmětem žádosti Nemocnice Třebíč je pořízení přístroje MR a jeho umístění do nového pracoviště MR v budově C (pavilon chirurgických oborů), kde je nyní připraveno stavebně nové pracoviště k umístění přístroje, navazující na v roce 2018 nově otevřené centralizované pracoviště zobrazovacích metod s novými přístroji CT, rentgenů a ultrazvuku, napojených na systém PACS. V současné době tedy zbývá doplnit toto pracoviště pouze přístrojem MR. Nové prostory pracoviště MR jsou stavebně připraveny „univerzálně“, tak aby vyhovovaly všem přístrojům, které by mohly být zakoupeny, což bylo konzultováno se všemi třemi potenciálními dodavateli přístroje.

V současné době jsou v Kraji Vysočina v provozu 2 pracoviště MR, a to v nemocnicích v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě.





Žadatel:	Nemocnice Třebíč, p.o.					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	2 174	2 391				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. (min)	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

