



## Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

### Kategorie II:

**Přístroje, které jsou po 1.1.2018 již zapojeny do systému úhrad ze zdravotního pojištění**

*„Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě ale provozovaného jiným poskytovatelem“*

<b>Žadatel</b>	1	Žadatel	Nemocnice Vrchlabí, s.r.o.
	2	IČ	64827232
	3	Zřizovatel	Penta Hospitals CZ, s.r.o.
	4	Adresa	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
	5	Statutární zástupce	Mgr. [redacted], MBA, jednatelka [redacted], jednatel
	6	Telefon	kontaktní osoba: Ing. [redacted] tel.: 7 [redacted]
	7	E-mail	[redacted].cz
<b>Přístroj</b>	8	Typ přístroje	RTG počítačový tomograf (CT)
	9	Technická specifikace	Viz. příloha č.3
	10	Výrobce	Viz. příloha č.4
	11	Účel provozu	Výpočetní tomografie je důležitým nástrojem v lékařském zobrazování, jako doplněk klasického rentgenu a ultrazvuku. V dnešní době už je standardem v diagnostice širokého spektra poranění a chorob. Přístroj chceme využívat v preventivní medicíně a je i nezbytnou součástí léčby akutních stavů a poranění. CT bychom rádi provozovali v pohotovostním 24 hodinovém provozu.



	12	Životnost	cca 8 let
<b>Potřeba</b>	13	Využití u poskytovatele	Základní diagnostický přístroj RDG. CT budeme využívat pro potřeby hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Pořizovaný CT přístroj je určený pro všechny standardní typy vyšetření: CT mozku, krku, hrudníku, dutiny břišní, rezistencí, skeletu, angiografie plicnice, cév karotických včetně mozku a tepen DK, PRT( periradikulární terapie), vyšetření s použitím kontrastní látky...
	14	Návaznost na obory	Chirurgie a traumatologie, Vnitřní lékařství, Oddělení akutní medicíny, NIP, ARO, RHB a odborné ambulance, Ortopedie, Neurologie
	15	Součást specializovaného centra	NE
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	11km, Jilemnice MMN, a.s. – Nemocnice Jilemnice
	17	Spádová oblast, populace	Samotné Vrchlabí se rozkládá na ploše 28km <sup>2</sup> s 12,5 tis. obyvateli. Nemocnice Vrchlabí, jejíž historie se datuje až do r. 1832, se nachází v samém centru horské rekreační oblasti Krkonoš. Je vstupní branou prakticky do všech turistických center. Nemocnice ve Vrchlabí je především v zimní sezóně nejbližší nemocnicí pro oblasti centrálních a západních Krkonoš: Harrachov, Špindlerův Mlýn, Herlíkovice, Bubákov, Černý Důl, Janské Lázně apod. Tím se spádová oblast a případný počet pacientů Nemocnice Vrchlabí navyšuje v desetinásobcích uvedených hodnot. Spád v zimě a letních prázdninách cca 30 000 lidí.
<b>Očekávané náklady na</b>	18	Očekávané platby ZP na jeden rok	Očekávané platby za jeden rok budou cca 2.470.000,- Kč.




<b>provoz</b>	19	Očekávané platby ZP na 3 roky	cca 7,4 mio Kč
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	cca 206 tis. Kč
	21	Počet výkonů/měsíc	cca 220 výkonů/měsíc
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	cca 185 pojištěnců/měsíc
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	průměrně 943,- Kč/ jedno vyšetření
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	průměrně 1114,-Kč/ jeden pojištěnec
	26	Smlouvy se ZP	Všeobecná ZP 111, Vojenská ZP 201, Česká průmyslová ZP 205, Oborová ZP 207, ZP Škoda 209, ZP ministerstva vnitra 211 a Revírní bratrská pokladna 213
<b>Pořizovací cena</b>	27	Nákupní cena	Viz. příloha č.4 cca 8.000.000,- Kč bez DPH
	28	Roční náklady na servis	Odhadujeme cca 300 tis. Kč za rok za servisní smlouvu + poměrná část ceny RTG lampy
	29	Ostatní nezbytné náklady	Nejsou nebo jsou vzhledem k řádku 28. zanedbatelné.
	30	Roční náklady na spotřební materiál	Nejsou nebo jsou vzhledem k řádku 28. zanedbatelné.
	31	Způsob financování	Vlastní zdroje
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového	Průzkum trhu - příloha č.4 AURA Medical s.r.o.



		řízení	(8.500.000,- Kč bez DPH) GE Medical Systems Česká republia, s.r.o. (7.000.000,- Kč bez DPH) Siemens Healthcare, s.r.o. (7.563.000,- Kč bez DPH)
Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Zprovoznění přístroje předpokládáme ve 2-3/2019. Neradi bychom již v tuto chvíli zveřejňovali jakékoliv konkrétní informace týkající se týmu doktorů a radiologických asistentů. Pro potřebu PK tedy poskytujeme jen hrubý nástin aktuálního a konečného stavu. Rádi bychom provozovali CT v pohotovostním 24 hodinovém provozu. Rádi zveřejníme konkrétní tým CT pracoviště až bude provoz připraven.  Lékaři: V současné době jednáme se dvěma lékaři a primářem na 0,8-1,0 FTE. Připravují se smlouvy o smlouvě budoucí. <b>(počítáme s celkovými úvazky min. 3,0 FTE)</b>  Radiologičtí asistenti: Tři jsou již dohodnuti a přejdou ze stávajícího provozu. S dalším se jedná. <b>(počítáme s celkovými úvazky min. 5,0 FTE)</b>
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	Personál bude částečně doplněn a z části budou využiti stávající pracovníci současného RDG.
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	NENÍ

**Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.**

V Praze dne: 10.10.2018

  
.....  
podpisy osob oprávněných jednat za žadatele

Nedílnou součástí této žádosti je Příloha č.5: studie proveditelnosti. 