



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (LU)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Thomayerova nemocnice**

Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Thomayerova nemocnice žádá o obměnu lineárního urychlovače Siemens ARTISTE, který byl pořízen v roce 2010. Nominální a morální životnost lineárního urychlovače je osm let. Přístroj již nesplňuje požadavky na moderní techniky radioterapie a díky jeho stáří se již začínají projevovat poruchy z důvodu opotřebení. Kromě vyšších nároků na údržbu dochází i k prodlevám v léčbě pacientů.

Urychlovač Siemens ARTISTE je již na hranici své životnosti, a proto je nutná jeho obměna. Tento typ urychlovače se již nevyrábí a hrozí i prodlevy v pozáručním servisu. Pro provoz a poskytování zdravotní péče má Thomayerova nemocnice uzavřeny smlouvy se všemi 7 zdravotnickými pojišťovnami. Obnova lineárního urychlovače nemá vliv na změnu výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami.





Žadatel:		Thomayerova nemocnice				
Přístrojové zařízení:		Lineární urychlovač				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%		44 732	49205,2			
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS		8,9				
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]		180,0				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

