



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přístroj: **SPECT KAMERA** – OBNOVA

Území (město/kraj): Olomouc / Olomoucký kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**

Adresa: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



*Odůvodnění:*

*Důvodem obnovy kardiologické kamery je stáří v současné době používané kamery „Tesla Eltos“, které v závěru roku 2018 dosáhne 31 let (r.v. 1989), čemuž odpovídá míra opotřebení a technická zastaralost. Výrazně se zvyšuje frekvence a nákladnost oprav. Přístroj navíc neumožňuje dostatečně přesnou detekci patologických ložisek a vyšetření vykazují vyšší radiační zátěž oproti SPECT kamerám.*

*Stávající planární kamera neumožňuje provádět SPECT vyšetření, která jsou dnes podle většiny guidelines standardní součástí NM vyšetření. Dostupnost vyšetření je nepostradatelná pro poskytování péče pacientům Komplexního kardiocentra FN Olomouc.*





Žadatel:	FN Olomouc					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>kardiologická SPECT kamera</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1 381	1 519				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	15,8					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	5,9					
NARÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>váha ano</b>	<b>váha ne</b>	<b>přepočtené ano</b>	<b>přepočtené ne</b>
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	60	40
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	<b>NEPRAVDA</b>					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	<b>ANO</b>					

