



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

*Přístroj:* **SKIAGRAFICKÝ RTG KOMPLET** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Most / Ústecký kraj

*Žadatel:* **Krajská zdravotní, a.s.**

*Adresa:* Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
(umístění přístroje: Nemocnice Most, o.z. – plicní oddělení)

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



*Odůvodnění:*

*Důvodem pořízení nového přístroje je obnova RTG přístroje Silhouette VR, který je v provozu od roku 2000. Tento přístroj je již technologicky zastaralý a značně poruchový. Spádová oblast zahrnuje 115 000 obyvatel okresu Most a přilehlé části okresu Louny, které nedisponují lůžkovým zařízením.*





<b>Žadatel:</b>	<b>Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem</b>					
<b>Přístrojové zařízení:</b>	<b>skiagrafický RTG komplet (plicní odd. - Most)</b>					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%						
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS			78,8			
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. (min)			45			
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	15
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

