



V Praze dne 13. listopadu 2018

Č.j.: MZDR 44707/2018/OZS

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 24. ŘÍJNA 2018

Přístroj: **POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF (CT)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Vrchlabí / Královéhradecký kraj

Žadatel: **Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. (Penta Hospitals CZ, s.r.o.)**

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
(umístění přístroje: Nemocnice Vrchlabí)

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 18 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

V areálu Vrchlabské nemocnice je již 11 let provozován CT přístroj Philips Brilliance 16 (r.v. 2007). Tento přístroj a celé RDG odd., ale neprovozuje nemocnice, ale soukromý externí poskytovatel. Na konci roku 2018 skončí platnost smlouvy o spolupráci a provoz RDG oddělení přejde pod vlastní správu nemocnice. Stávající provozovatel ukončuje svou pracovní činnost. Stávající CT bude odinstalováno, ekologicky zlikvidováno a na jeho místo pořídí nemocnice z vlastních prostředků CT nové. V rámci sítě CT v ČR nejde o navýšení počtu přístrojů a z hlediska zdravotních pojišťoven nejde o nasmlouvání nových výkonů v daném místě. Záměrem je realizace výměna starého přístroje za nový, nemocnice přebere provoz od externího provozovatele a má zájem o navázání na již nasmlouvané výkony s předešlým provozovatelem.

Přítomný zástupce žadatele na jednání Komise uvedl, že došlo ke změně v tom smyslu, že stávajícího provozovatele pracoviště CT majitel nemocnice (Penta Hospitals CZ, s.r.o.) „kupuje“ a Nemocnice Vrchlabí tedy bude majitelem i původního CT a žádá tedy o obnovu jako poskytovatel a současně jako provozovatel přístroje.

Členové Komise konstatovali, že v nemocnici není jasná situace z hlediska personálního zabezpečení pracoviště, nejsou k dispozici konkrétní informace. Personální zabezpečení není optimální a jasně specifikované a proto bylo doporučeno, aby definitivní rozhodnutí bylo odloženo na příští jednání Komise po obdržení doplňujících informací.





Žadatel:		Nemocnice Vrchlabí				
Přístrojové zařízení:		počítačová tomografie (CT)				
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	60
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

