



V Praze dne 18. března 2019

Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Břeclav / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

Adresa: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Žádost již byla Komisí projednána dne 14. 7. 2016 a umístění MR v nemocnici nebylo doporučeno.*

*Nemocnice Břeclav, p.o. nabízí zřízení pracoviště magnetické rezonance pro spádové území jižní a východní části Jihomoravského kraje. Nemocnice je páteřní nemocnicí kraje. Má 419 lůžek, z toho na 41 z nich je poskytována resuscitační nebo intenzivní péče. Nemocnice je součástí sítě zařízení v rámci cerebrovaskulárního programu ČR .*

*Pořízení přístroje zkrátí čekací dobu na vyšetření u hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Nemělo by docházet k duplicitnímu vyšetření stejných oblastí iniciálně CT a následně MR, příkladem jsou zejména mozek a páteř. Pořízením a uvedením do provozu MR dojde ke zvýšení efektivity diagnostického procesu a optimalizaci nákladů na nemocniční péči (dojde k poklesu extramurální vyžádané péče). Předpokládaný počet vyšetření je dostačující pro dvousměnný provoz zařízení. Část kapacity pracovišť MR v Jihomoravském kraji je vyhrazena pro vědu a výzkum, takže i přes relativně vyšší počet přístrojů v kraji jsou delší čekací doby na vyšetření.*

*Nemocnice má zajištěné dostatečné personální zabezpečení pracoviště MR.*





**Žadatel:**

**Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace**

**Přístrojové zařízení:**

**magnetická rezonance (MR 1,5T)**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst  
10%

2 174 2 391

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

6,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední  
země nebo země OECD dle dostupnosti  
dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové

dostupnosti zdravotních služeb 307/2012

Sb. [min]

120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	20
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

