



V Praze dne 18. března 2019
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ + CT SIMULÁTOR** – OBNOVA

Území (město/kraj): Ústí nad Labem / Ústecký kraj

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 16 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova lineárního urychlovače včetně příslušenství a obnovy CT simulátoru jako kvalitativně nedílného celku. Cílem obnovy je také dosažení úplné kompatibility se současně využívaným 2. lineárním urychlovačem s možností plné alternace pacientů mezi oběma přístroji bez změny plánu léčby.

Obnova lineárního urychlovače s příslušenstvím a CT simulátorem je požadována pro Krajskou zdravotní, a.s. – Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov je jedním z patnácti komplexních onkologických center (KOC) v České republice. S požadavkem poskytování nejnovější a vysoce specializované dostupné onkologické péče souvisí požadovaná obnova lineárního urychlovače pro KOC.

Hlavním důvodem obnovy je stáří současného lineárního urychlovače CLINAC DHX High Performance (výrobce Varian, dodavatel AMEDIS, spol. s r.o.), který byl v KOC nainstalován v listopadu r. 2009 a jeho funkční možnosti již plně nevyhovují nynějšímu trendu. Doporučená životnost tohoto přístroje je 10 let, po uplynutí doporučené doby životnosti zároveň končí i možnost úplné záruky technické podpory ze strany dodavatele, např. dostupnost klíčových náhradních dílů, de facto z rezerv výrobce. Dalšími důvody je též platnost nynější servisní smlouvy č. 301405 pro CLINAC DHX High Performance, která končí v listopadu 2019, nutnost reauditů pro obhajobu KOC a rovněž nezbytná časová rezerva pro realizaci obnovy.

Obnova lineárního urychlovače s příslušenstvím (též diagnostické a verifikační části, tj. CT simulátoru) je strategickou potřebou Krajské zdravotní, a.s. pro komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím spektru, i s ohledem na význam KOC právě pro spádovou oblast Ústeckého kraje.

Členové Komise se dohodli, že bude projednávání obnovy všech lineárních urychlovačů odloženo do doby přípravy systému na centrální (hromadný) nákup přístrojů. Někteří žadatelé nemají navíc v současné době zajištěné financování nákupu přístrojů.





Žadatel:

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Přístrojové zařízení:

Lineární urychlovač (LU) + CT simulátor

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

44 732 49205,2

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

8,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země
nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti
zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

180,0

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MŽ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

