



V Praze dne 18. března 2019

Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **SPECT SKENER** – OBNOVA

Území (město/kraj): Chomutov / Ústecký kraj

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Umístění přístroje: Nemocnice Chomutov, o.z.

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova – SPECT skeneru určeného pro neinvazivní srdeční zobrazování pro Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnici Chomutov, o.z. s umístěním na Oddělení nukleární medicíny této nemocnice.

Důvodem předložení žádosti je obnova stávající gamakamery NUCLINE Cardio-C výrobce MEDISO Imaging Systems. Tento přístroj byl pořízen v roce 2003. Vzhledem k datu pořízení již neodpovídá kvalita zobrazení současným požadavkům a standardům pro neinvazivní srdeční zobrazování. Dále je avizováno ze strany servisní firmy ukončení technické podpory k 31. 12. 2018.





Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem**

Přístrojové zařízení: **SPECT skener** **Nemocnici Chomutov, o.z**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% 1 381 1 519

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 15,8

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat) 5,9

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012

Sb. [min] 120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	85	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

