



Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem

Žadatel	1	Žadatel	Institut klinické a experimentální medicíny
	2	IČ	00023001
	3	Zřizovatel	Ministerstvo zdravotnictví ČR
	4	Adresa	Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
	5	Statutární zástupce	██████████, Ph.D.
	6	Telefon	2██████████
	7	E-mail	██████████@ikem.cz
Přístroj	8	Typ přístroje	Angiografický systém pro ablační výkony
	9	Technická specifikace	Stručná specifikace, která byla předmětem průzkumu trhu je uvedena v příloze
	10	Výrobce	Dodavatel bude vybrán v zadávacím řízení
	11	Účel provozu	Léčba poruch srdečního rytmu, srdeční stimulace, mapování srdečních arytmii a další.
	12	Životnost	10 a více let



Potřeba	13	Využití u poskytovatele	Ročně je v IEKM provedeno více než 900 srdečních ablací.
	14	Návaznost na obory	Ostatní obory Kardiocentra IKEM
	15	Součást specializovaného centra	Ano, součást vysoce specializovaného centra komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	Žadatel má obdobné přístrojové vybavení na katetizačních sálech Oddělení arytmiologie a Oddělení invazivní kardiologie.
	17	Spádová oblast, populace	Celá ČR
Náklady na provoz	18	Sumární platby ZP v uplynulém roce	Součástí platby formou případového paušálu, cca 258 000 000 Kč
	19	Sumární platby ZP za poslední 3 roky	Součástí platby formou případového paušálu, cca 750 000 000 Kč
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	Průměrný měsíční náklad za hospitalizované případy, cca 21 500 000, Kč
	21	Počet výkonů/měsíc	79
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	79
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	55 232 Kč
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	55 232 Kč



	26	Smlouvy se ZP	Smlouvy se všemi ZP
Pořizovací cena	27	Nákupní cena	V rámci průzkumu trhu jsme obdrželi 3 nabídky v cenové relaci 18 - 25 mil. Kč bez DPH.
	28	Roční náklady na servis	Dosavadní roční náklady na práci a běžné náhradní díly byly v posledních dvou letech cca 400 tis. Ročním paušálem je hrazena práce bez náhradních dílů. V roce 2018 byly náklady na náhradní díly 100 tis. Kč. Náklady na pozáruční servis se předpokládají v obdobné výši.
	29	Ostatní nezbytné náklady	Náklady potřebné pro instalaci a zprovoznění budou zahrnuty v ceně dodávky.
	30	Roční náklady na spotřební materiál	cca 234 141,05,-Kč
	31	Způsob financování	Vlastní prostředky.
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	3 nabídky: Dodavatel Philips Česká Republika nabídl systém Azurion 7 F12 za 18 mil. 400 tis. Kč bez DPH. Dodavatel Siemens Healthcare nabídl systém Artis Q floor za 24 mil. 860 tis. Kč bez DPH a dodavatel VF a.s. nabídl systém Innova IGS 520 výrobce GE za 19 mil. 985 tis. Kč bez DPH. Nabídky jsou uvedeny v příloze.



Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Provoz bude zajištěn stávajícím personálem.
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	Navýšení není třeba.
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	Rekvalifikace není třeba.

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.

V Praze dne 18. 12. 2018:

MINISTERSTVO
ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
100 00, PRAHA 1
100 00, PRAHA 1

podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

Nedílnou součástí této žádosti je Příloha: studie proveditelnosti, kterou vyhotoví žadatel

Žádost včetně povinné přílohy se zasílá v písemné formě na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotních služeb, Ing. [redacted], Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou a současně i elektronicky na e-mail: [redacted]@mzcr.cz