



V Praze dne 18. března 2019

Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **SKIASKOPICKO- SKIAGRAFICKÝ RTG + C- RAMENO**
- OBNOVA

Území (město/kraj): Litoměřice / Ústecký kraj


Žadatel: **Nemocnice Litoměřice, a.s.**

Adresa: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je schválení obnovy přístroje Axiom Artis, Siemens z roku 2003. Na stávajícím angiografickém pracovišti se nyní provádějí intervenční výkony v oblasti vaskulární i nevaskulární a výkony ERCP.

Obnova multifunkčního kompletu s C-ramenem a angiografií znamená pro pacienty zachování dostupnosti těchto výkonů o oblasti Litoměřicka. Nemocnice je od roku 2012 součástí celorepublikové sítě iktových center.

Zástupce odborné společnosti upozornil, že z hygienického hlediska nelze provádět některé typy nevaskulárních intervenčních výkonů na přístroji, na kterém se provádí intervenční výkony na cévním řečišti.





Žadatel:

Nemocnice Litoměřice, a.s.

Přístrojové zařízení:

skiaskopicko-skiagrafický RTG + C-rameno

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 78,8

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové

dostupnosti zdravotních služeb 307/2012

Sb. [min] 45

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	50	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

