



V Praze dne 19. března 2019

Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **MAMOGRAF** – OBNOVA

Území (město/kraj): Blansko / Jihomoravský kraj

Žadatel: **Nemocnice Blansko, příspěvková organizace**

Adresa: Sadová 1596/33, 678 31 Blansko

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 16 hlasů pro)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova mamografu z roku 2009. Důvodem je jeho výrazné opotřebení, nefunkčnost některých komponent a končící servisní podpora. Nemocnice Blansko je screeningovým mamografickým pracovištěm. Součástí podmínek Komise odborníků pro mamární diagnostiku je, že stáří používaného přístroje může být maximálně 8 let. Přístroj slouží pro diagnostické a screeningové mamografie.





Žadatel: **Nemocnice Blansko**

Přístrojové zařízení: **mamograf**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% 5 382 5 920

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS 11,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb.
[min] 45

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

