



V Praze dne 18. března 2019  
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (2 ks)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Nemocnice Na Bulovce**

Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 16 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Nemocnice Na Bulovce disponuje největším onkologickým pracovištěm v Praze, jehož součástí je rozsáhlé radioterapeutické pracoviště. Dva lineární urychlovače již byly vyměněny a další dva jsou již za hranicí své životnosti (Varian Clinac DBX a Varian Clinac 2100 C/D z let 2006 a 2007). Pro dosažení vyššího standardu léčby a zachování co nejvyšší kapacity pracoviště je nutné během příštích cca 2 let nutno provést řízenou postupnou obnovu obou starších urychlovačů, včetně systémů pro přípravu a verifikaci ozařovacích plánů.*

*Členové Komise se dohodli, že bude projednávání obnovy všech lineárních urychlovačů odloženo do doby přípravy systému na centrální (hromadný) nákup přístrojů. Někteří žadatelé nemají navíc v současné době zajištěné financování nákupu přístrojů.*





**Žadatel:** **Nemocnice Na Bulovce**

**Přístrojové zařízení:**

**Lineární urychlovač (LU) 2ks.**

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst  
10%

44 732 49205,2

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

8,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední  
země nebo země OECD dle dostupnosti  
dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové

dostupnosti zdravotních služeb 307/2012

Sb. [min]

180,0

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	<b>ANO</b>					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické	<b>ANO</b>					

