



V Praze dne 18. března 2019
Č.j.: MZDR 10951/2019/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 25. ÚNORA 2019

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (4 ks)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Plzeň / Plzeňský kraj


Žadatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**

Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 16 hlasů pro odložení)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Onkologická a terapeutická klinika FN Plzeň – Lochotín je Komplexním onkologickým centrem pro oblast Plzeňského a Karlovarského kraje. Lineární urychlovače (Elekta Synergy XVI CB, r. 2006 a 2010) jsou již provozně amortizovány a pro udržení stávajícího a dosažení vyššího standardu léčby je nutné během následujících 2 let provést jejich řízenou obnovu, včetně systému pro přípravu a verifikaci ozařovacích plánů.

Členové Komise se dohodli, že bude projednávání obnovy všech lineárních urychlovačů odloženo do doby přípravy systému na centrální (hromadný) nákup přístrojů. Někteří žadatelé nemají navíc v současné době zajištěné financování nákupu přístrojů.





Žadatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**

Přístrojové zařízení:

lineární urychlovač (LU) – 4 ks

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst
10%

44 732 49205,2

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

8,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední
země nebo země OECD dle dostupnosti
dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové
dostupnosti zdravotních služeb 307/2012
Sb. [min]

180,0

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	20
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

