



V Praze dne listopadu 2022

Č.j.: MZDR 30799/2022/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2022

*Přístroj:* **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) + ROBOTICKÁ  
ANGIOLINKA – NOVÁ KAPACITA**

Území (město/kraj): Brno / Jihomoravský kraj

*Žadatel:* **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

*Adresa:* Pekařská 53, 656 91 Brno

Stanovisko komise: **NEDOPORUČENO**

(hlasování: 5 hlasů pro, 7 hlasů proti, 3 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



### Odůvodnění:

*Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) hodlá v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče pořídit nový CT přístroj a robotickou angiolinku pro multifukční sál.*

*Přístroj je určen pro minimálně invazivní operační výkony v rámci multioborového operačního sálu. Realizací projektu by byl využit dlouhodobě připravený prostor multioborového operačního sálu. Bylo by umožněno realizovat okamžité řešení komplikací při výkonech, rozšířilo by se spektrum a počet výkonů a jejich bezpečnost. Zařízení tohoto typu umožňuje kombinované a hybridní výkony pod CT a angiografickou kontrolou v režimu operačního sálu, jako jsou léčebné zákroky, např. embolizace, nádorů a metastáz pacientů z pracovišť nemocnice s rozvinutým onkologickým programem. Jedná se o pacienty z Onko-chirurgického a Urologického oddělení, dále pacienty z I. ortopedické kliniky, Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, I. chirurgické kliniky, Neurochirurgické kliniky. U pacientů, kteří mají i cévní postižení, lze využívat hybridní chirurgicko - kardio - radiologické výkony při zavádění implantátů do srdce a cév a s možností následné kontroly umístění, a to ve spolupráci s dalšími pracovišti, jako jsou I. kardioangiologická klinika a II. chirurgická klinika, čímž se obnoví původní v současné době již nevyhovující řešení.*

*Členové komise považují za nutné u intraoperačních přístrojů na hybridních sálech definovat případy hospitalizace, kde je tento vestavěný přístroj jedinou možností provedení zákroku. Pak by měly být pacienti odesíláni pouze na tato pracoviště. Současně je nutné provést úpravu mechanismu sběru a zařazení nákladu u referenčních nemocnic CZ DRG.*

