



V Praze dne listopadu 2022

Č.j.: MZDR 30799/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2022

Přístroj: **CT SIMULÁTOR** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 pro odložení)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu CT simulátoru na pracovišti zevní radioterapie Onkologické kliniky FN v Motole. Stávající CT simulátor Brilliance Big Bore, Philips, byl instalován v roce 2009. Jeho stáří již přesáhlo doporučenou dobu životnosti a je fyzicky a morálně zastaralý.

V letech 2018 – 2020 proběhla na pracovišti zevní radioterapie obnova ozařovací techniky, kdy došlo k postupné výměně tří lineárních urychlovačů za nové. Do této obnovy ale nebyl zahrnut CT simulátor, který je nezbytnou součástí radioterapeutické léčby. Dlouhodobý výpadek simulátoru v důsledku havarijního stavu, by znamenal zásadní omezení provozu celého radioterapeutického úseku Onkologické kliniky.

