



V Praze dne listopadu 2022

Č.j.: MZDR 30799/2022/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 26. ŘÍJNA 2022

Přístroj: **KARDIOANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – OBNOVA**

Území (město/kraj): Jihlava / Kraj Vysočina

Žadatel: **Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s.**

Adresa: **Nám. Čsl. armády 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova kardioangiografického přístroje z důvodu ukončení servisní podpory výrobcem (stáří 10 let). Kardiocentrum Vysočina CZ, a.s. je nedílnou součástí Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava, p.o. Toto zdravotnické zařízení zajišťuje od roku 2007 jako jediné pro Kraj Vysočina zdravotní péči v oboru intervenční kardiologie, od roku 2016 rovněž v oboru intervenční arytmologie, implantací ICD a resynchronizační terapie srdečního selhání. Nezbytným přístrojovým vybavením pro jeho činnost je kardioangiografický přístroj. Doporučení k obměně přístroje vyplývá též z auditu SÚJB provedeného v r. 2021 z důvodu dosažení 10 let provozu přístroje. Spádovou oblastí pro využití přístroje je celý Kraj Vysočina.

