



V Praze dne 25. března 2020  
Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** - OBNOVA

Území (město/kraj): *Ivančice / Jihomoravský kraj*


Žadatel: **Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace**

Adresa: *Široká 390/16, 664 91 Ivančice*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

*Komise žádost projednala již dne 12.9.2019 – odloženo a dne 13.11.2019 – odloženo s tím, že nemocnice vyřeší navýšení personálu a předloží stanovisko zřizovatele (kraje), jaký je jeho záměr s budoucím fungováním (rozvojem) nemocnice z hlediska krajské koncepce zdravotnictví. Na jednání byl pozván zástupce žadatele.*

*V aktualizované žádosti nemocnice přiložila stanovisko zřizovatele (Jihomoravského kraje) k obnově CT v Nemocnici Ivančice, ve kterém pořízení CT plně podporuje. V rámci personálního zabezpečení pracoviště RDO nemocnice navýšila počet úvazků kvalifikovaných radiologů na 3,4 úvazku.*

*Předmětem a cílem žádosti je schválení obnovy morálně a technicky opotřebovaného CT přístroje, který je v provozu 11 let. Současný CT přístroj Siemens Somatom Emotion 16 byl instalován v r. 2008. Nevyhovuje již současným požadavkům na nižší dávku radiačního záření, rychlost a zpracování obrazových dat. Do roku 2016 byly zajišťovány opravy formou smluvního Full-servisu autorizovaným dodavatelem. Od roku 2016 je provoz dosluhujícího přístroje podmíněn 75% nárůstem ceny za servis. Pořízením nového přístroje dojde k podstatnému zrychlení a zkvalitnění diagnostiky pro požadavky nemocniční a ambulantní péče.*

*Odborná společnost obnovu přístroje v nemocnici nedoporučuje.*

