



V Praze dne 15. března 2020

Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ RTG SYSTÉM** - OBNOVA

Území (město/kraj): Šumperk / Olomoucký kraj


Žadatel: **Nemocnice Šumperk, a.s.**

Adresa: Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova morálně i fyzicky opotřebeného přístroje Easy Diagnost Digital, Philips Healthcare z roku 2001, který vykazuje větší poruchovost a vyžaduje zvýšené náklady na opravy.

