



V Praze dne 15. března 2020

Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **RADIOTERAPEUTICKÝ SIMULÁTOR** - OBNOVA

Území (město/kraj): Holešov / Zlínský kraj


Žadatel: **Radioterapie Holešov s.r.o.**

Adresa: náměstí F. X. Richtera 182/9, 769 01 Holešov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu radioterapeutického simulátoru Terasix, ÚJP Praha z roku 2003. Důvodem obnovy je vysoké stáří přístroje, zvýšená poruchovost a softwarová nedostatečnost.

