



V Praze dne 15. března 2020
Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **SKIASKOPICKO - SKIAGRAFICKÝ RTG** - OBNOVA

Území (město/kraj): *Praha / Hlavní město Praha*

Žadatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní
nemocnice Praha**

Adresa: *U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího morálně a fyzicky zastaralého skiaskopicko-skiagrafického přístroje Axiom Luminos TF, Siemens, instalovaného v roce 2008.

