



V Praze dne 15. března 2020

Č.j.: MZDR 9814/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 27. ÚNORA 2020

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (LU)** - OBNOVA

Území (město/kraj): *Nová Ves pod Pleší / Středočeský kraj*


Žadatel: **Nemocnice Na Pleši s.r.o.**

Adresa: *Nová Ves pod Pleší čp. 110, 262 04 Nová Ves pod Pleší*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Odůvodnění:

*Jedná se o náhradu (obnovu) stávajícího lineárního urychlovače Elekta Precise z roku 2007 novějším repasovaným, přičemž původní bude sloužit jako záložní.*

