



Formuláře žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje Identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným poskytovatelem

Žadatel	1	Žadatel	MEDICON Services s.r.o.
	2	IČ	4 8 0 2 8 4 7 9
	3	Zřizovatel	-
	4	Adresa	Antala Staška 1670/80, Praha 4
	5	Statutární zástupce	██████████
	6	Telefon	██████████
	7	E-mail	██████████@██████████.██████████
Přístroj	8	Typ přístroje	Digitální mamograf s 3D zobrazením PLANMED CLARITY 3 s Totosyntézou
	9	Technická specifikace	<ul style="list-style-type: none">➤ Digitální RTG přístroj s detektorem s přímou konverzí obrazu➤ Digitální tomosyntéza s3D interaktivní projekcí➤ Polohovací systém MaxView➤ Aktivní oblast detektoru 232x297mm, rozlišení 2816x3584➤ Rentgenka vysokorychlostní, dvouhniková, rotační anoda, wolfram, 9700ot/min➤ Vysokofr. generátor řízený mikroprocesorem 3,2kW➤ Autom.volba expoziční komůrky – adaptabilní Full Field Flex AEC➤ Integrovaná kontrola kvality Q/A, vyhodnocení denzity prsu z prepulsu➤ C rameno SID 65 cm➤ Digitální zobrazení úhlu rotace , reálné kompresní síly a tloušťky prsu➤ Magnifikační základna pro zvětšení 1,6x➤ DBT akviziční stanice pro obsluhu PC a SW pro akvizici snímku➤ DICOM 3



			<ul style="list-style-type: none">➤ Diagnostická stanice s certif.diagnost.monitorem BARCO Uniti 12MP S/N➤ Diagnostický mammo SW
	10	Výrobce	PLANMED
	11	Účel provozu	Provádění screeningových a diagnostických MMG
	12	Životnost	6 let - odhad
Potřeba	13	Využití u poskytovatele	MEDICON Services s.r.o.
	14	Návaznost na obory	Radiodiagnostka
	15	Součást specializovaného centra	Ano – Akreditované pracoviště Mammacentrum Budějovická – držitel Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	Nejbližší centrum – Thomayerova nemocnice (cca 3 Km)
	17	Spádová oblast, populace	Praha a střední Čechy
Náklady na provoz	18	Sumární platby ZP v uplynulém roce	cca 10 mil Kč (za diag. i screen. MMG)
	19	Sumární platby ZP za poslední 3 roky	cca 31 mil Kč (za diag. i screen. MMG)
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	cca 835 000Kč (za diag. i screen. MMG)



	21	Počet výkonů/měsíc	9 500 – 10 000
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	9 500 – 10 000
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	cca 890 Kč
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	cca 900 Kč (bez započtení biopsií a lokalizace nádorů)
	26	Smlouvy se ZP	Všechny ZP
Pořizovací cena	27	Nákupní cena	5 929 000 Kč vč. DPH
	28	Roční náklady na servis	cca 500 000Kč/rok
	29	Ostatní nezbytné náklady	-
	30	Roční náklady na spotřební materiál	cca 50 000Kč/rok
	31	Způsob financování	Obchodní úvěr
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	Poptáni tři výrobci/dodavatelé – PLANMED, GE a Hologic. Vybrán PLANMED z důvodu ceny, technických parametrů přístroje, výborných zkušeností s ostatními přístroji tohoto výrobce včetně špičkového operat. servisu.
Personální zajištění	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	Obsluha bude probíhat v rámci stávajícího zdravotnického týmu Mamacentra



	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	NE – pokryto
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	NE

MEDICON Services s.r.o.



na základě plné moci