



**Formuláře žádosti o schválení a zařazení nového přístroje**

**Kategorie II:**

**Přístroje, které jsou po 1.1.2018 již zapojeny do systému úhrad ze zdravotního pojištění**

<b>Žadatel</b>	1	Žadatel	SAGENA s.r.o.
	2	IČ	64084582
	3	Zřizovatel	
	4	Adresa	Frýdek-Místek, Sadová 614, PSČ 738 01
	5	Statutární zástupce	████████████████████
	6	Telefon	██████████
	7	E-mail	██████████████████
<b>Přístroj</b>	8	Typ přístroje	Magnetická rezonance
	9	Technická specifikace	3T Skyra
	10	Výrobce	Siemens
	11	Účel provozu	Vyšetření prostaty, mozku, míchy, celotělové scany
	12	Životnost	8 let
<b>Potřeba</b>	13	Využití u poskytovatele	Zejména vyšetření prostaty a urologických onemocnění
	14	Návaznost na obory	Urologie, neurologie, ortopedie, neurochirurgie



	15	Součást specializovaného centra	Ne Návaznost na KOC Ostrava a Brno
	16	Vzdálenost od stejných přístrojů v okolí	200 km (Brno)
	17	Spádová oblast, populace	Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj
<b>Očekávané náklady na provoz</b>	18	Očekávané platby ZP na jeden rok	20 mil. Kč.
	19	Očekávané platby ZP na 3 roky	60 mil. Kč
	20	Průměrný měsíční náklad pro ZP	1,67 mil. Kč
	21	Počet výkonů/měsíc	750
	22	Počet ošetřených pojištěnců za měsíc	450
	23	Náklady ZP na jedno vyšetření	2 500,- Kč
	24	Náklady ZP na jednoho pojištěnce	4 440,- Kč
	26	Smlouvy se ZP	Ano
<b>Požizovací cena</b>	27	Nákupní cena	41,9 mil Kč
	28	Roční náklady na servis	2,3 mil. Kč
	29	Ostatní nezbytné náklady	1 mil. Kč



	30	Roční náklady na spotřební materiál	110 000,- Kč
	31	Způsob financování	Úvěr
	32	Výsledky průzkumu trhu/poptávkového řízení	Siemens Skyra 3T
<b>Personální zajištění</b>	33	Dedikovaný personál pro provoz přístroje	3 lékaři, 3 radiologičtí asistenti
	34	Je nezbytné navýšení personální kapacity?	Ano
	35	Je nezbytná rekvalifikace personálu?	Ne

Ve Frýdku-Místku dne 8.6.2018

[Redacted signature]

[Redacted name]

jednatel společnosti

SAGENA s.r.o.