



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 23036/2024-48/OZP



MZDRX01U9TM1

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 27. listopadu 2024

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÁ LINKA S FLAT DETEKTOREM ARTIS Q CEILING – obnova**

Území (město/kraj): Plzeň (Plzeňský kraj)

Žadatel: **Nemocnice PRIVAMED a.s.**

Adresa: Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise

*Platnost stanoviska je 24 měsíců od data podpisu předsedy Komise.*





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova angiografického přístroje instalovaného na přelomu let 2009 a 2010 a nahrazení za přístroj nový, Siemens Artis Q ceiling, pro radiologické oddělení Nemocnice PRIVAMED a.s. se spádovou oblastí Plzeň-město (z 200 tis. obyvatel tvoří spád 120 tisíc obyvatel).

Oddělení intervenční radiologie Nemocnice PRIVAMED a.s. spolupracuje s lůžkovou internou a chirurgickým oddělením, stejně jako s onkologií, nefrologií a angiologií. Vedle Fakultní nemocnice v Plzni je jediné pracoviště Plzeňského kraje, které je schopno provést angiografické vyšetření vč. stentgraftů.

