



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 23036/2024-51/OZP



MZDRX01U9U0W

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 27. listopadu 2024

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Klatovy (Plzeňský kraj)

Žadatel: **Klatovská nemocnice a.s.**

Adresa: Plzeňská 929, 33901 Klatovy

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 24 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova skiaskopického přístroje nainstalovaného v květnu 2011 (v provozu od r. 2012), který je v současné době již zastaralý, výrazně poruchový a kvalita zobrazení je již zcela nevyhovující. Současně je přístroj od 31.12.2022 vyřazen ze servisu od výrobce (pro konec životnosti EOL). Vzhledem k nízké kvalitě zobrazení není možné přístroj použít ani jako záložní skiagrafický přístroj.

Radiodiagnostické oddělení Klatovské nemocnice, a.s. provádí diagnostická vyšetření a terapeutické výkony pro spádovou oblast jižní části Plzeňského kraje. Obměňovaný přístroj je jediným přístrojem v rámci Klatovské nemocnice, na kterém lze provádět skiaskopická vyšetření. Převážně polykací akty, vyšetření jícnu a žaludku, pasáž trávicího traktu, fistulografie. Jelikož počty skiaskopických vyšetření ubývá, je záměrem žadatele současně přístroj využívat i na skiagrafii celého spektra, na což nemá současný přístroj dostačující kvalitu zobrazení. Předpokládá rozšíření konfigurace sklopné stěny i o vertigraf a přídatnou rentgenku na stropním teleskopickém závěsu, což výrazně zvýší využití tohoto pracoviště pro skiagrafická vyšetření a do budoucna umožní zrušit jedno ze dvou skiagrafických pracovišť. S obměnou přístroje tak lze očekávat vedle zvýšení flexibility a diagnostické kvality i potenciální snížení provozních nákladů.