



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 23036/2024-54/OZP



MZDRX01U9U57

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 27. listopadu 2024

Přístroj: **TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Státní zdravotní ústav**

Adresa: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 24 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova již zastaralého transmisního elektronového mikroskopu, který představuje základní zařízení pro rychlou identifikaci infekčních agens, zejména virů a identifikaci a morfologickou charakteristiku nanočástic.

Diagnostická elektronová mikroskopie má vedle rutinní diagnostiky významnou úlohu zejména v případě nově se objevujících onemocnění, jak se ukázalo v nedávné době v případě SARS-CoV-2 a Mpox viru. Přístroj byl pořízen v roce 2002 a již k němu nejsou u výrobce k dispozici náhradní díly.

