



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 23036/2024-57/OZP



MZDRX01U9UC8

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 27. listopadu 2024

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÁ SKLOPNÁ STĚNA S C-RAMENEM – obnova**

Území (město/kraj): Znojmo (Jihomoravský kraj)

Žadatel: **Nemocnice Znojmo, p.o.**

Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 24 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova multifunkční skiaskopicko/skiagrafické sklopné stěny s C-ramenem, která je využívána jako základní diagnostický přístroj pro poskytování zdravotní péče v Nemocnici Znojmo p.o.

Multifunkční skiaskopicko/skiagrafická sklopná stěna s C-ramenem byla v Nemocnici Znojmo p.o. uvedena do provozu v září roku 2014. Je tedy již dva roky za svou předpokládanou morální i technickou životností a současně přístroji ke dni 31. 12. 2024 končí servisní podpora a dodávky náhradních dílů. Proto Nemocnice Znojmo p.o. přistoupila k řešení vzniklé situace požadovanou obměnou uvedeného přístroje za nový, aby byla zachována kontinuita v poskytování diagnostických/terapeutických výkonů realizovaných na tomto přístroji. Zejména se jedná o standardní skiaskopické výkony, drenáže, punkce, ERCP a angiografie končetin, včetně PTA.