



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-66/OZP



MZDRX020D5WI

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **3D C-RAMENO – nová kapacita**

Území (město/kraj): Hořovice (Středočeský kraj)

Žadatel: **NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice**

Adresa: K Nemocnici 1106/14, 268 01 Hořovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 16 hlasů pro, 3 hlasy proti, 3 se zdrželi)

.....
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je záměr pořízení 3D C-ramene na Centrální operační sály Nemocnice Hořovice, která je součástí zdravotnické skupiny AKESO holding a.s. Akutní péči poskytuje především pacientům ze své spádové oblasti (odhadem 120-130 tisíc obyvatel), což je dáno především dostupností pro záchrannou službu.

Nemocnice žádá 3D C-rameno hlavně pro přesnou peroperační kontrolu při úrazech a akutních výkonech, zejména ověření repoze a správného umístění implantátů přímo během operace. Použití přístroje zároveň zvyšuje přesnost zákroků, zrychluje operaci a pomáhá snižovat riziko chyb, což je v urgentním provozu klíčové. V současnosti jsou provozovány na operačních sálech dvě C-ramena (obě starší 6 let), jejichž kapacita nestačí na narůstající počet operací a ze záměru pořídit další s funkcí 3D tak bude operativa profitovat nejen kapacitně, ale pro obory ortopedie a zejména traumatologie to bude představovat významný kvalitativní posun proti stávajícímu stavu.

