



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-71/OZP



MZDRX020D69I

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Motol a Homolka, pracoviště Homolka**

Adresa: V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 20 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi)

.....  
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.  
předseda Komise

*Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.*





Odůvodnění:

Předmětem je obnova angiografického systému Philips Allura xper Clarity FD10 F, v. č.: 1156, pro multifukční katetrizační pracoviště kardiologického oddělení Fakultní nemocnice Motol a Homolka, pracoviště Homolka, který byl instalován v březnu 2018. Vzhledem k vysokému stupni opotřebení dochází ke zvyšování četnosti závad, které znamenají omezení nebo výpadky provozu angiografického systému.

Na multifunkčním katetrizačním sále provádí především katetrizační ablace celého spektra srdečních arytmí (od jednoduchých až po komplexní) a zajišťují veškerou péči o pacienty s implantabilními srdečními přístroji. Obsluha přístroje bude zajištěna stávajícím personálem pracoviště.

