



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 1198/2026-72/OZP



MZDRX020D6B8

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 30. dubna 2026

Přístroj: **CT – vyšší třídy – obnova**

Území (město/kraj): Olomouc (Olomoucký kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**

Adresa: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování o váze: 21 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....  
prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.  
předseda Komise

*Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.*





Odůvodnění:

Předmětem je obnova CT typu Discovery CT 750 HD, v.č.: 438424CN4, ve Fakultní nemocnici Olomouc, která poskytuje základní i specializovanou péči pacientům Olomouckého kraje, ale i částí Moravskoslezského, Zlínského a Pardubického kraje.

Obnovovaný přístroj je na Radiologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc v provozu 11 let a jeho technologické parametry již neodpovídají současným nárokům na moderní CT diagnostiku. To se projevuje zejména v oblasti pokročilého CT zobrazování, jako je CT srdce nebo CT onkologicky nemocných.

Záměr obnovit přístroj za nejmodernější typ CT přístroje vychází z požadavků klinických pracovišť všech komplexních center, a to především na velmi přesnou diagnostiku pacientů s onkologickými onemocněními (časnější a detailnější zobrazování tumorů a okolních struktur) a pacientů s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními onemocněními (kardioradiologie – přesnější a detailnější zobrazování srdce a věnčitých tepen, cerebrovaskulární radiologie – detailnější perfuzní zobrazování mozku).